

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất; nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Hiện tại, Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá thiết bị y tế để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị y tế cho Bệnh viện Gang Thép với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 - Điện thoại: 0208.3.832.255
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Nhận qua E-mail: vttbyt.bvgt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 4 năm 2024 đến trước 15 giờ 00 ngày 19 tháng 4 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế (Như phụ lục chi tiết đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá (Như mẫu đính kèm)
 - File excel báo giá
 - Tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng chào giá.

4. Các yêu cầu báo giá:

- Giá cung ứng thiết bị y tế bao gồm thuế và các chi phí liên quan, đến:

Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điền đầy đủ các trường thông tin trong mẫu báo giá gửi kèm theo.

- Báo giá được ký tên người đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/ nhà cung cấp và đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhanh chóng và Hồ sơ báo giá đầy đủ thông tin của quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng QLCL (để đăng tải) trên Website bệnh viện),
- Lưu: VT-TBYT, VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC YÊU CẦU BẢO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 484/BVGT-VTTBYT ngày 05/4/2024)

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu			ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Khung tập đa năng toàn thân	* Cấu hình cung cấp: Khung chính kèm các chi tiết sau: - Bộ ghế tập cơ tứ đầu đùi - Bộ tập sắp ngửa bàn tay - Bộ tập quay khớp cổ tay - Bộ tập cho ngón tay - Bộ tập tay quay cánh tay - Bộ tập khớp bả vai * Thông số kỹ thuật - Kích thước tổng : 700 x 1000 x 1850 ~ 2230 mm - Kích thước ghế ngồi : 510 x 640 x 40 mm - Trọng lượng : 150 kg			Bộ	2	
2	Máy định vị chóp	* Thông số kỹ thuật: Nguồn điện: 3x 1,5V AA-battery 0,2 V Màn hình: LCD Kích thước: Cao 105mm x Dài 105 mm x Rộng 105mm Trọng lượng: 370 gram - Thiết kế dạng module, có thể nâng cấp thành máy nội nha tích hợp máy đo chiều dài ống tủy. - Độ chính xác cao, lên tới 97,5% theo các báo cáo khoa học đã kiểm nghiệm, xác định vị trí của chóp chính xác bằng phương pháp đo tỷ số trở kháng của hai tần số bên trong ống tủy. - Hệ thống có khả năng đo lường tự động và chính xác trong cả hai trường hợp ống tủy ướt và khô: bằng cách tính toán tỷ lệ trở kháng ở hai tần số khác nhau, hệ thống cho phép đo chính xác bất kể điều kiện bên trong ống tủy (chức năng bất buộc). Kết quả đo không bị ảnh hưởng bởi sự có hoặc không có chất: máu, dịch tiết, chất điện phân, muối hoặc oxy già. - Hệ thống có màn hình hiển thị dễ đọc, dễ quan sát: màn hình LCD, với kích thước lớn, độ tương phản cao, giúp giám sát tốt nhất vị trí của đầu thăm dựa trên mô phỏng vị trí thăm trong ống tủy - Hệ thống có chức năng cảnh báo bằng âm thanh: khi file tới gần hoặc đạt tới vị trí APEX, tín hiệu âm thanh sẽ phát ra giúp bác sĩ dễ dàng dừng lại để định vị chính xác vị trí vùng			Cái	1	

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		APEX. - Có chức năng tự động hiệu chuẩn, không cần điều chỉnh về “0” trước khi đo. - Hệ thống có khả năng nâng cấp, kết nối mở rộng với Module nội nha – Tích hợp thành máy nội nha kèm định vị chụp. *Cấu hình: Máy chính: 01 Dây đo tiêu chuẩn EC Kẹp file: 3 chiếc Ngoạc mã: 5 chiếc Pin tiêu chuẩn DC 1,5V-AA: 3 viên Bộ test plug: 01 bộ *Cấu hình và phụ kiện: - Camera kĩ thuật số + chân đế: 01 cái - Cáp nối: 01 bộ - Card bắt hình: 01 cái - Bộ xử lý: 01 bộ - Phần mềm tiếng Anh chỉnh hãng: 01 bộ * Thông số kỹ thuật: - Bộ xử lý hình ảnh: Bất sáng nháy, độ nhiễu thấp, tốc độ thu hình cao - Điểm ảnh: 1.200.000 pixel - Độ phân giải: Lớn hơn 825 dòng(chuẩn) hoặc hơn 1000 dòng với chế độ GAMMA - Chỉnh ảnh: Cho phép xoay hình, lấy đối xứng. - Giải điều chỉnh độ tương phản: 5 nấc - Giải điều chỉnh độ nháy ánh sáng: 5 nấc - Giải điều chỉnh lọc ánh sáng xanh: 5 nấc - Tỷ số S/N: 48db - Nguồn sáng: LED siêu sáng, không bóng ảnh MCD - Tuổi thọ: Trung bình hơn 20.000 giờ. - Nhiệt độ màu: 7000 độ K - Tiêu cự: Chế độ tự động hoặc bằng tay. - Khoảng cách tiêu cự: 20-30cm/30-40cm - Chiều sâu trường quan sát: Φ5mm - 200mm - Vùng quan sát: Φ10mm - 170mm - Độ phóng đại: 1 – 45x			
3	Máy soi cổ tử cung		Cái	1	

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Hiện thị độ phóng đại: Có - Phần mềm chuyên dụng với nhiều ứng dụng cho phép quản lý video, hình ảnh, dữ liệu và thông tin bệnh nhân, in ấn, lưu trữ, chỉnh sửa hình ảnh, ghi đĩa CD, DVD, bảo cáo kết quả - Đánh dấu vị trí: Phần mềm cho phép đánh dấu vị trí, highlight các vùng sinh thiết, hoặc các vòng bất thường trong cổ tử cung - Phần mềm tương thích: Window 7, XP, Vista, - Ngôn ngữ phần mềm: Đa ngôn ngữ, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.... - Hỗ trợ phần mềm từ xa: Có chế độ hỗ trợ từ xa như Team view... - Lưu trữ: Hơn 1000 hình ảnh - Cổng đầu ra: 1xY/C, 1x BNC composite. - Nguồn điện: 100-240V/ 50Hz			
4	Đèn hồng ngoại	- Dây nguồn: 3m - Chiều cao: từ 1m – 1,7m có định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đuôi đèn sử dụng nhiều loại bóng đèn - Bóng hồng ngoại 250W *Cấu hình và phụ kiện: - Máy chính: 01 - Dây nguồn: 01 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh + Việt): 01 bộ * Thông số kỹ thuật: - Kích thước (mm): (W) 650 x (L) 570 x (H) 1050 - Dung tích thùng tính bình chứa thuốc: 30L - Nguồn điện: Một pha 220V/50Hz- 60Hz- - Công suất điện (W): 2.500 - Tốc độ đóng gói (túi/phút): 720 túi/giờ - Dung lượng (ml): từ 80 đến 120 - Kích thước đóng túi (mm): 100x160mm - Trọng lượng (Kg): 52 *Cấu hình và phụ kiện: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Bình đựng dịch 2.500ml: 02 cái - Bàn đạp chân: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ	Cái	1	
5	Máy đóng gói thuốc đông y tự động		Cái	1	
6	Máy hút dịch 2 bình		Cái	2	

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	DVT	Số lượng	Ghi chú
		* Thông số kỹ thuật: - Điện vào: 180VA - Chân không tối đa: $\geq 80\text{kPa}$ - Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa - Dòng khí tối đa: $\geq 20\text{L/min}$ (760mmHg) - Mức âm thanh: $\leq 60\text{dB (A)}$ - Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình - Khối lượng: 15.5kg - Kích thước: 360mm x 320mm x 480mm - Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng với tải gián đoạn. - Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50% *Thông số kỹ thuật: Tốc độ phun khí: 0,4 ml/phút (theo trọng lượng hao hụt). Dung tích cốc thuốc: 7ml Kích thước hạt: 5 micron *Cầu hình và phụ kiện: - 5 miếng lọc dự phòng - Hướng dẫn sử dụng. - Ống ngậm - Mặt nạ trẻ em - Mặt nạ người lớn - Mặt nạ người lớn			
7	Máy xông khí dung	1. Cột lọc đa cấp khử sắt, mangan, hữu cơ, màu công suất 2-3m³/h. Gồm: - Cột Composite chịu áp cao 1665. Vật liệu lọc: Cát thạch anh, Quặng Zeolit, Van 3 cửa rửa - Bao gồm đường ống PPR và phụ kiện hoàn thiện 2. Cột làm mềm khử cứng (Canxi) công suất 2-3m³/h. Gồm: - Cột Composite chịu áp cao 1665. Hạt nhựa trao đổi ion – Lanxess, Autovan sức rửa vật liệu - Bao gồm đường ống PPR và phụ kiện hoàn thiện 3. Cột lọc các bon khử Clo dư, màu công suất 2-3m³/h. Gồm: - Cột Composite: chịu áp cao 1665 - Than hoạt tính, Van 3 cửa - Bao gồm đường ống PPR và phụ kiện hoàn thiện. 4. Bộ chân giá bằng Inox 304 - Kích thước: Khung dài 2,2m, rộng 0,4m, cao 1,2m - Bảng hộp Inox: 30x30	Cái	2	
8	Nâng cấp hệ thống lọc đa cấp trong hệ thống lọc nước R.O (dùng cho chạy thận nhân tạo)		Hệ thống	1	

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu			DVT	Số lượng	Ghi chú
		5. Màn R.O - 01 bộ vỏ màn R.O - 01 màn R.O 4040 - Ống van phụ kiện hoàn thiện * Cầu hình: - Bàn chính: 01 cái - Bánh xe: 01 bộ * Đặc tính kỹ thuật: Kích thước: 675mmx450mmx950mm ±3% Kết cấu chung: - Kích thước khay: 650mm x 425mm x 20mm. - Bàn có 3 tầng khay, các tầng đều có thanh lan can 4 phía cao 50±5mm. - Bốn bánh xe Ø100mm, càng thép, trong đó 2 bánh có phanh Vật liệu: Toàn bộ làm bằng inox (SUS201 hoặc SUS304), bánh xe cao su Ø100 Loại đầu dò: Convex Ứng dụng: Sản khoa, đầu thai kỳ, phụ khoa, ổ bụng, thận, chậu, cổ tử cung, đánh giá tập trung với các chuyên gia về chẩn thương Độ sâu hình ảnh tối đa: 30cm Dải tần số: 1.4 - 5.0 MHz Tiết diện tiếp xúc: 70.6mm x 22.8mm Trường nhìn tối đa: 57 độ Số chấn tử: 128					
9	Xe tiêm 3 tầng				Cái	3	
10	Đầu dò máy siêu âm xách tay				Cái	1	
11	Ống vỏ ngoài cách điện cỡ 5mm, dài 36cm (dùng trong PT nội soi)	Cỡ 5mm, dài 36cm (dùng trong phẫu thuật nội soi)			Cái	3	
12	Đèn gù	Nguồn điện: ~ 220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz Cường độ sáng: ≥20.000 Lux Nhiệt độ màu: 3500 ± 500K Bóng dạng: Halogen Điện thế - Công suất: 24V - 50W Kích thước: 124 cm x 30 cm x 28 cm Trọng lượng: 11.5 kg			Cái	2	
13	Xe đẩy dụng cụ y tế	1. Cấu hình đồng bộ:			Cái	3	

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Xe đẩy: 01 cái 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): D1000xR500xC700/1000 b. Kết cấu chung: - Khung xe inox hộp 30x30mm - Lan can cách nhau 120mm bằng inox ống Ø12.7mm - Dây bằng, tấm inox - Xe có 04 bánh xe Ø200 mm. - Sản phẩm được xử lý bề mặt đạt độ bóng BA. c. Vật liệu: - Toàn bộ bàn được làm bằng inox không gỉ SUS 201 hoặc SUS 304.			
14	Bộ dây đai lưng và cổ dùng cho máy kéo dẫn cột sống	Bộ gồm: 01 dây đai lưng và 01 dây đai cổ dùng cho máy kéo dẫn cột sống Triton DTS	Bộ	2	
15	Dây kéo dùng cho máy kéo dẫn cột sống	Dùng cho máy kéo dẫn cột sống HC Altatrac	Cái	1	
	Tổng: 15 mặt hàng				



BÁO GIÁ

Cung cấp thiết bị y tế

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Gang Thép, chúng tôi.....(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất; nhà cung cấp) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10*(11+12+13)

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (Ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày... tháng ... năm 2024 (Ghi ngày... tháng ... năm 2024 kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng ... năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu)

