

**SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN GANG THÉP**

Số: 1754/BVGT-VTTBYT

V/v mời chào giá vật tư dùng cho máy
lọc máu liên tục

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Vật tư y tế lọc máu liên tục năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất; nhà cung cấp vật tư y tế lọc máu liên tục
tại Việt Nam

Hiện tại, Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư y tế lọc máu liên tục để tham khảo, xây dựng giá vật tư y tế lọc máu liên tục, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 - Điện thoại: 0208.3.832.255
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Nhận qua E-mail: vttbyt.bvgt@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2024 đến trước 15 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2024
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: (Như phụ lục chi tiết đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp: Kho Vật tư tiêu hao, Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
3. Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá (Như mẫu đính kèm)
 - File excel báo giá



- Tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng chào giá.

4. Các yêu cầu báo giá:

- Giá cung ứng vật tư y tế lọc máu liên tục bao gồm thuế và các chi phí liên quan, đến:

Kho vật tư tiêu hao, Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điền đầy đủ các trường thông tin trong mẫu báo giá gửi kèm theo.

- Báo giá được ký tên người đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp và đóng dấu (nếu có). Trường hợp nếu có ủy quyền, phải gửi kèm giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhanh chóng và Hồ sơ báo giá đầy đủ thông tin của quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng QLCL (để đăng tải trên Website bệnh viện);
- Lưu: VT-TBYT; VT.

GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Hữu Trung



PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số 1754/BVGT-VTTBYT ngày 09/10/2024)

STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật tối thiểu/Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng
1	Bộ quả lọc máu liên tục cho người lớn	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: - Sợi lọc: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer - Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Phương pháp diệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc: - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): $\geq 500/66,6$ - Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 152 ml - Diện tích màng hiệu dụng: $\geq 0,9m^2$ - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): $\geq 240\mu m$ - Độ dày thành sợi lọc: $\geq 50\mu m$ - Tốc độ máu: 75 - 400ml/phút - Thể tích mỗi máu (chỉ ở quả lọc): 66 ml $\pm 10\%$ - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: ≥ 30 kg	Bộ	80
2	Bộ quả lọc trao đổi huyết tương cho người lớn	Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn. - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127ml $\pm 10\%$ - Diện tích màng hiệu dụng: $\geq 0,35m^2$ - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): $\geq 330\mu m$ - Độ dày thành sợi lọc: $\geq 150\mu m$ - Thể tích máu trong sợi lọc: 41ml $\pm 10\%$ - Tốc độ máu tối thiểu: ≥ 100ml/phút - Tốc độ máu tối đa: ≥ 400ml/phút	Bộ	10
3	Bộ quả lọc máu liên tục/hấp phụ	Quả lọc máu liên tục có gắn Heparin kèm bộ dây dẫn có 3 chức năng: loại bỏ Cytokine, loại bỏ nội độc tố, lọc máu liên tục (loại bỏ dịch và độc tố Urê huyết) Chất liệu: Màng lọc cấu tạo 3 lớp: + Sợi rỗng: Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer + Polyethyleneimine + Bề mặt sợi lọc được gắn heparin: 4500+/-1500 IU/m²	Bộ	10



STT	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật tối thiểu/Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng
		- Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate - Vách đầu quả lọc: Polyurethane - Ống dẫn: PVC - Cartridge: PETG Tiệt trùng: EtO (ethylene oxide) Thông số kỹ thuật của quả lọc - TMP tối đa* (mmHg/kPa): $\geq 450/60$ - Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6 - Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 193ml - Diện tích màng: $\geq 1,5m^2$ - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): $\geq 240\mu m$ - Độ dày thành sợi lọc: $\geq 50\mu m$ - Tốc độ máu: 100 - 450ml/phút - Cân nặng bệnh nhân tối thiểu: $\geq 30kg$		
4	Catheter lọc máu	* Đầu Catheter mềm, có lỗ bên cạnh, cần quang giúp quan sát bằng tia X-quang, cánh khâu xoay được, dây bằng Silicon, có nhiều loại nòng. Kích thước: 12Fr, đường kính ngoài: 4.0mm; 2 nòng; chiều dài Catheter: 20cm * Gồm 01 catheter thận nhân tạo chất liệu PU (Polyurethane); Nong; Kim luồn; Bơm tiêm (Xylan); Dây dẫn hướng; Băng vết thương; Nắp Heparin; Dao mổ; Chỉ liên kim.	Bộ	200
5	Túi đựng dịch thải 5 lít dùng cho máy lọc máu liên tục	Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT. Được trang bị đầu nối ở bên trong túi và ống lớn ($\varnothing \geq 8mm$) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có latex. Thể tích: ≥ 5 lít	Cái	100
	Tổng: 05 mặt hàng			





Mẫu Báo giá

BÁO GIÁ

Cung cấp vật tư y tế lọc máu liên tục

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Gang Thép, chúng tôi.....(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất; nhà cung cấp) báo giá cho các vật tư y tế lọc máu liên tục như sau:

1. Báo giá cho các vật tư dùng cho máy lọc máu liên tục và dịch vụ liên quan:

ST T	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật cơ bản/Quy cách đóng gói	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Nă m sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10*(11+12+13)

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (Ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày... tháng ... năm 2024 (Ghi ngày... tháng ... năm 2024 kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng.... năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)