

Số: 47 /QĐ-BVGT

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Yêu cầu báo giá mua sắm thiết bị y tế năm 2025
của Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên.**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN GANG THÉP

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ;

Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Căn cứ Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, quy định thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm hàng hóa, dịch vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị; quy định phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng

Căn cứ Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 11/12/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025 của sở Y tế và một số đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Xét đề nghị của Hội đồng khoa học Bệnh viện Gang Thép họp ngày 05/02/2025 về việc thống nhất danh mục, số lượng, thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Yêu cầu báo giá mua sắm thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên (đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng TCKT; Vật tư thiết bị y tế; Hội đồng mua sắm thiết bị y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h);
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung



Thái Nguyên, ngày 06 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất; nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam.

Bệnh viện Gang Thép tỉnh Thái Nguyên đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá thiết bị y tế để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế năm 2025 cho Bệnh viện Gang Thép với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Phạm Thị Thanh Yên – Trưởng phòng Vật tư TBYT, Bệnh viện Gang Thép
Điện thoại: 0208.3.832.255 / 0979847974
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Gang Thép
 - Nhận qua E-mail: vtbyt.bvgt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 07/02/ 2025 đến trước 11 giờ 30 ngày 18/02 /2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 18/02/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế (Như phụ lục chi tiết đính kèm)
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Gang Thép
Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá (Như mẫu đính kèm)
 - File excel báo giá
 - Tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng chào giá.
- Các yêu cầu báo giá:
 - Giá cung ứng thiết bị y tế bao gồm thuế và các chi phí liên quan, đến:

Bệnh viện Gang Thép

Địa chỉ: Phường Trung Thành, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điền đầy đủ các trường thông tin trong mẫu báo giá gửi kèm theo.

- Báo giá được ký tên người đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp và đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác nhanh chóng và Hồ sơ báo giá đầy đủ thông tin của quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn! *vn*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT-TBYT, VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Trung





PHỤ LỤC: DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Máy siêu âm tổng quát (3 đầu dò, có đầu dò tim)	I. Yêu cầu cấu hình: 01 bộ Máy chính gắn với xe đẩy, bánh có khóa; 03 Đầu dò (01 đầu dò Convex; 01 đầu dò Linear); 01 đầu dò tim; 01 bộ Máy tính; 01 Máy in nhiệt đen trắng; 01 Máy in màu; 01 Bộ lưu điện Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt II. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật: 1. Tính năng - Siêu âm bụng tổng quát, siêu âm mạch máu, siêu âm cơ xương khớp, tiết niệu, nhi khoa, siêu âm tim mạch, siêu âm sản khoa, siêu âm phụ khoa; - Các phương pháp quét: Rẻ quạt điện tử; tuyến tính điện tử, quét thể tích hoặc tương đương; - Các chế độ làm việc cơ bản: B-mode; M-mode; Mode dòng màu; Mode Doppler năng lượng; Mode Doppler phổ. - Hiển thị hình ảnh: Hiển thị đồng thời: B/PW; B/M; B/CFM; Hiển thị nhiều hình; Phóng to/ thu nhỏ. - Có chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm (tối thiểu có): Lọc nhiễu đốm, TGC, màu hóa mode B và M, bản đồ thang xám, tốc độ quét, độ khuếch đại - Có chức năng đo cơ bản: (tối thiểu có): Khoảng cách, góc, chu vi, đường kính, thể tích, diện tích,... - Có chức năng tính toán chuyên ổ bụng, mô mềm, phần nông, mạch máu, sản khoa, phụ khoa; - Kết nối chuẩn DICOM. 2. Thông số kỹ thuật: - Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch. - Màn hình điều khiển: Cảm ứng LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 10 inches - Số cổng đầu dò: ≥ 3 cổng. - Dải động hệ thống: ≥ 300 dB. - Kênh xử lý hệ thống: $\geq 4.000.000$ kênh. - Tốc độ khung hình: ≥ 880 khung hình/ giây. - Hiển thị thang xám: ≥ 256 mức. - Độ sâu hiển thị ảnh tối đa: ≥ 30 cm. Các thông số quét: Mode B : Công suất âm: $\leq 1 - \geq 100\%$; Độ khuếch đại tối đa: ≥ 15 dB; Mật độ dòng: ≥ 3 mức; Bản đồ xám: ≥ 8 mức; Bản đồ màu: ≥ 10 mức. Mode M: Độ khuếch đại tối đa: ≥ 15 dB; Tốc độ quét: ≥ 6 bước; Bản đồ màu: ≥ 10 mức. Mode dòng màu: Tốc độ quét tối đa: $\geq 3,3$ m/s; Tốc độ quét tối thiểu: $\leq 0,050$ m/s; Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 18 kHz; Bản đồ màu: ≥ 6 loại. Mode doppler năng lượng: Bản đồ màu: ≥ 8 mức; Lọc thành: ≥ 4 mức; Lọc mịn: ≥ 4 mức. Mode doppler phổ: Độ khuếch đại tối đa: ≥ 15 dB; Tần số lặp xung (PRF) cho Doppler xung PW: Từ $\leq 1,0$ kHz đến $\geq$	Máy	1	Máy mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		22 kHz; Tần số lặp xung (PRF) cho Doppler liên tục CW: Từ $\leq 1,5$ kHz đến ≥ 40 kHz; Có chức năng đảo phổ; Hiệu chỉnh góc ≥ 80 độ; Cửa sổ lấy mẫu: Từ $\leq 0,7$ đến ≥ 15 mm. Đầu dò Convex: Dải tần số: Từ ≤ 2 MHz đến $\geq 4,5$ MHz; Số chấn tử: ≥ 128; Trường nhìn: ≥ 68 độ. Đầu dò Linear: Dải tần số: Từ $\leq 4,5$ MHz đến ≥ 12 MHz; Số chấn tử: ≥ 128; Trường nhìn: ≥ 38 mm. Đầu dò tim: Dải tần số: Từ $\leq 1,5$ MHz đến ≥ 4 MHz; Số chấn tử: ≥ 64; Trường nhìn: ≥ 90 độ. Máy tính: Hệ điều hành: Windows 10 trở lên có bản quyền; Bộ xử lý: Core i7 hoặc cao hơn; RAM: ≥ 8 GB; Ổ cứng: ≥ 1 TB; Màn hình: ≥ 21 inch; Bàn phím, chuột.			
2	Máy siêu âm tổng quát (2 đầu dò, chuyên cơ xương khớp)	I. Yêu cầu cấu hình: 01 Máy chính gắn với xe đẩy, bánh có khóa; 02 đầu dò (01 đầu dò Convex ; 01 đầu dò Linear); 01 Máy tính; 01 Máy in nhiệt đen trắng; 01 Máy in màu; 01 Bộ lưu điện; Tài liệu HDSD tiếng Anh, tiếng Việt. II. Yêu cầu tính năng và thông số kỹ thuật 1. Tính năng: Siêu âm bụng tổng quát, siêu âm mạch máu, siêu âm cơ xương khớp, tiết niệu, nhi khoa, siêu âm tim mạch, siêu âm sản khoa, siêu âm phụ khoa; - Các phương pháp quét: Rẻ quạt điện tử; tuyến tính điện tử, quét thể tích hoặc tương đương; - Các chế độ làm việc cơ bản: B-mode; M-mode; Mode dòng màu; Mode Doppler năng lượng; Mode Doppler phổ; - Hiển thị hình ảnh: Hiển thị đồng thời: B/PW; B/M; B/CFM; Hiển thị nhiều hình; Phóng to/ thu nhỏ. - Có chức năng điều chỉnh các thông số với ảnh siêu âm (tối thiểu có): Lọc nhiễu đốm, TGC, màu hóa mode B và M, bản đồ thang xám, tốc độ quét, độ khuếch đại - Có chức năng đo cơ bản (tối thiểu có): Khoảng cách, góc, chu vi, đường kính, thể tích, diện tích,... - Có chức năng tính toán chuyên ổ bụng, mô mềm, phần nông, mạch máu, sản khoa, phụ khoa; - Kết nối chuẩn DICOM. 2. Thông số kỹ thuật: - Màn hình hiển thị: LCD hoặc tương đương, kích thước ≥ 21 inch. - Màn hình điều khiển: Cảm ứng LCD hoặc tương đương, kích thước: ≥ 10 inches - Số cổng đầu dò: ≥ 3 cổng. - Dải động hệ thống: ≥ 300 dB. - Kênh xử lý hệ thống: $\geq 4.000.000$ kênh. - Tốc độ khung hình: ≥ 880 khung hình/ giây. - Hiển thị thang xám: ≥ 256 mức. - Độ sâu hiển thị ảnh tối đa: ≥ 30 cm. Các thông số quét: Mode B : Công suất âm: $\leq 1 - \geq 100\%$; Độ khuếch đại tối đa: ≥ 15 dB; Mật độ dòng: ≥ 3 mức; Bản đồ xám: ≥ 8 mức; Bản đồ màu: ≥ 10 mức; Mode M: Độ khuếch đại tối đa: ≥ 15 dB; Tốc độ quét: ≥ 6 bước; Bản đồ màu: ≥ 10 mức; Mode dòng màu: Tốc độ quét tối đa: $\geq 3,3$ m/s; Tốc độ quét tối thiểu: $\leq 0,050$ m/s; Tần số lặp xung PRF tối đa: ≥ 18	Máy	1	Máy mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		kHz; Bàn đồ màu: ≥ 6 loại. Mode doppler năng lượng : Bàn đồ màu: ≥ 8 mức; Lọc thành: ≥ 4 mức; Lọc mịn: ≥ 4 mức. Mode doppler phổ: Độ khuếch đại tối đa: ≥ 15 dB; Tần số lặp xung (PRF) cho Doppler xung PW: Từ $\leq 1,0$ kHz đến ≥ 22 kHz; Tần số lặp xung (PRF) cho Doppler liên tục CW: Từ $\leq 1,5$ kHz đến ≥ 40 kHz; Có chức năng đảo phổ; Hiệu chỉnh góc ≥ 80 độ; Cửa sổ lấy mẫu: Từ $\leq 0,7$ đến ≥ 15 mm. Đầu dò Convex: Dải tần số: Từ ≤ 2 MHz đến $\geq 4,5$ MHz; Số chấn tử: ≥ 128 ; Trường nhìn: ≥ 68 độ. Đầu dò Linear: Dải tần số: Từ $\leq 4,5$ MHz đến ≥ 12 MHz; Số chấn tử: ≥ 128 ; Trường nhìn: ≥ 38 mm. Máy tính: Hệ điều hành: Windows 10 trở lên có bản quyền; Bộ xử lý: Core i7 hoặc cao hơn; RAM: ≥ 8 GB; Ổ cứng: ≥ 1 TB; Màn hình: ≥ 21 inch; Bàn phím, chuột.			
3	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày và đại tràng video)	Công nghệ đèn LED, có chức năng giúp chuẩn đoán ung thư sớm * Cấu hình cho 01 hệ thống bao gồm: 01 Bộ xử lý hình ảnh trung tâm kèm nguồn sáng LED có chế độ hình ảnh bước sóng ánh sáng hẹp giúp chẩn đoán ung thư sớm 01 Ống nội soi dạ dày video 01 Ống nội soi đại tràng video * Các phụ kiện khác: 01 Màn hình nội soi ≥ 24 inch 01 Dụng cụ kiểm tra rò rỉ đầu ống soi 01 Máy hút dịch 02 bình cho nội soi : 01 Xe đẩy máy (Bề mặt ngoài được sơn tĩnh điện; có 4 bánh xe di chuyển, có khoá hãm) 01 Bộ máy vi tính, máy in màu, card chuyển tín hiệu ảnh nội soi - Bộ máy vi tính: CPU: $\geq$ core i5; Ram: ≥ 4 GB; Ổ cứng: ≥ 1 TB; Màn hình: ≥ 21 inch; Có các cổng USB, chuột quang, bàn phím. - Máy in màu: In phun màu; Khổ giấy in: A4 01 hộp (20 cái) Kim sinh thiết cho nội soi dạ dày, dùng 1 lần 01 hộp (20 cái) Kim sinh thiết cho nội soi đại tràng, dùng 1 lần 01 hộp (10 cái) Vòng cắt nội soi bằng xung điện dùng 01 lần 01 chiếc nguồn cắt đốt	Hệ thống	1	Hãng sản xuất máy chính: G7 Mới 100%, năm sản xuất 2025 trở về sau đối với máy chính
	Tổng: 03 mục				



BÁO GIÁ

Cung cấp trang thiết bị y tế
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Gang Thiep, chúng tôi.....(Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất; nhà cung cấp) báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Tính năng kỹ thuật cơ bản	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan	Thuế, phí, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VNĐ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=10*(11+12+13)

(Gửi kèm các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày (Ghi cụ thể số ngày, nhưng không nhỏ hơn 180 ngày), kể từ ngày... tháng ... năm 2025 (Ghi ngày... tháng ... năm 2025 kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá)

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng.... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)



20